



231100110539

检验检测报告

TEST REPORT



报告编号	CA2500258
REPORT NO.	
样品名称	工业蒸馏水
NAME OF SAMPLE	
委托单位	浙江南岱实业有限公司
APPLICANT	
受检单位	/
INSPECTED ENTITY	
检验类别	委托检验
TEST CATEGORY	

浙江华才检测技术有限公司

Zhejiang Huacai Testing Technology Co., Ltd.



声 明

Declaration

1. 本《检验检测报告》无检验检测专用章和批准人签章无效，复制本报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

This report is invalid without the special seal for inspection and testing. A copy of the report is invalid without reaffixing the special seal.

2. 委托单位送样，应对样品的代表性和资料的真实性负责。本机构不承担任何相关责任。

The applicant should undertake responsibility for the authenticity and representative of submitted sample and information. Our institution does not assume any responsibilities about these.

3. 本机构保证检测的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。

Our institution guarantees objectivity and justness of the inspectin and testing, fulfills the duty of maintain secrecies about applicant's commercial information, techniqe document, and teating data.

4. 本《检验检测报告》部分复制、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效。

Actions likes copy sectional, falsification and any forms of forgery about the report are invalid.

5. 委托检验，仅对收到的样品负责。

To precatory testing , our report do be responsible for the received samples merely.

6. 未经本公司同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

The applicant shall not be unauthorized use the detection results improperly without the consent of the company.



本机构信息:

地址: 浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路 48 号

网址: www.huacaitesting.com

传真: 0575-87689370

邮编: 311800

电话: 0575-87689370

E-mail: hct_service@163.com

检验检测报告

TEST REPORT

样品名称 Product	工业蒸馏水	检验类别 Test Category	委托检验
型号规格 Model	散装	商标 Trademark	/
生产/加工/购进日期 Date 批号 LOT NO	/	产品类型(工艺) Catagories/ 等级 Grade	一级
委托单位(客户)名称 Name of Client	浙江南岱实业有限公司	委托单位(客户)地址 Address	浙江省温州市瑞安市塘下镇花园工业区 666 号
受检单位 Inspected Entity	/	受检单位地址 Address	/
生产厂商 Manufacturer	/	生产厂商地址 Address	/
抽样单编号 Sampling list No	/	抽样者 Sampling Organization	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样日期 Sampling Date	/
抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/	备样数量 Number of Preparation Sample(s)	/
抽样基数 Number of Samples	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	10L
检验环境 Test Environment	符合检验要求	到样日期 Receiving Date Sample(s)	2025-02-08
样品状态 Sample Status	无色清、无味	检验日期 Test Date	2025-02-08 至 2025-02-10
检验项目 Test Items	电导率(25℃)等 3 项		
判定依据 Judgment	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		
检验结论 Test Summary	所检样品,其检验项目结果均符合分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 标准要求。  批准日期: 2025 年 02 月 12 日 Date of Approval		
备注 Note	/		

批准:
Approved by

周兆群

审核:
Verified by

姜佳丽

主检:
Analyst

王丽刚

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

序号 Series Number	检验项目 Test Items	单位 Unit	检验依据 Test Methods	技术要求 Requirement	检验结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
1	电导率 (25℃)	mS/m	GB/T 6682-2008	≤0.01	0.008	符合
2	吸光度 (254nm, 1cm 光程)	/	GB/T 6682-2008	≤0.001	0	符合
3	可溶性硅 (以 SiO ₂ 计) 含量	mg/L	GB/T 6682-2008	≤0.01	<0.01	符合
以下空白 BLANK PART BELOW						

