



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4494

正本

# 北京市药品包装材料检验所

## 检验报告

报告编号： Y2024A0166

样品名称： 底型烧杯

委托单位： 崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司

标示生产单位： 崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司

检验类别： 委托检验

北京市药品包装材料检验所



# 声 明

1. 《检验报告》无检验单位公章或检验报告专用章无效。
2. 复制《检验报告》，未重新加盖检验单位公章或检验报告专用章无效。
3. 未经本所书面批准，复制《检验报告》的部分内容无效。
4. 《检验报告》涂改无效。
5. 对《检验报告》有异议，应于接到《检验报告》之日起七日内向检验单位提出书面意见，逾期未提出异议的，视为承认《检验报告》。
6. 《检验报告》无检验人、审核人、批准人签字无效。
7. 只对送检样品负责。
8. 未经本所书面同意，本检验报告书不得用于广告、评优及商业宣传。

检验单位地址：北京市西城区新街口水车胡同13号

邮 政 编 码：100035

电 话：010-50950470、010-50950474

传 真：010-50950470

E-mail: [glassncsqs@163.com](mailto:glassncsqs@163.com)



北京市药品包装材料检验所  
检验报告

报告编号: Y2024A0166

共3页 第1页

样品名称	底型烧杯		
样品批号	20240315001	规格型号	250ml
商 标	“蜀牛”牌	样品数量	10只
样品批量	/	生产日期	2024.03.15
委托单位名称	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司		
委托单位地址	四川省崇州市崇阳街道三和社区十组		
标示生产单位名称	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司		
标示生产单位地址	四川省崇州市崇阳街道三和社区十组		
检验数量	10只	检验日期	2024-03-12 2024-04-02
检验项目	耐热冲击		
检验依据和/或判定原则	GB/T15724-2008实验室玻璃仪器 烧杯 耐热冲击: GB/T6579-2007实验室玻璃仪器 热冲击和热冲击强度试验方法		
检验结论	经对送检样品依据GB/T6579-2007实验室玻璃仪器 热冲击和热冲击强度试验方法标准进行耐热冲击项目检验, 依据GB/T15724-2008实验室玻璃仪器 烧杯标准进行符合性判定, 该批样品所检项目符合标准要求。  (检验报告专用章)		
备注	依据委托协议书, 检验10只出报告。		

检验人(签字):

刘建章

日期: 2024-04-02

审核人(签字):

张韬

日期: 2024-04-02

批准人(签字):

袁春梅

日期: 2024-04-03



## 北京市药品包装材料检验所

## 检验报告

共3页 第2页

报告编号: Y2024A0166

样品名称: 底型烧杯

检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
耐热冲击	经受180°C温差的热震试验后不得破裂	所检10只样品未破裂	符合规定




# 北京市药品包装材料检验所

## 检验报告

共3页 第3页

报告编号: Y2024A0166 样品名称: 底型烧杯

样品照片页



Y2024A0166-样品照片

以下空白

