



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4494

正本

北京市药品包装材料检验所 检 验 报 告

报告编号： Y2024A0165

样品名称： 底型烧杯

委托单位： 崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司

标示生产单位： 崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司

检验类别： 委托检验

北京市药品包装材料检验所



声 明

1. 《检验报告》无检验单位公章或检验报告专用章无效。
2. 复制《检验报告》，未重新加盖检验单位公章或检验报告专用章无效。
3. 未经本所书面批准，复制《检验报告》的部分内容无效。
4. 《检验报告》涂改无效。
5. 对《检验报告》有异议，应于接到《检验报告》之日起七日内向检验单位提出书面意见，逾期未提出异议的，视为承认《检验报告》。
6. 《检验报告》无检验人、审核人、批准人签字无效。
7. 只对送检样品负责。
8. 未经本所书面同意，本检验报告书不得用于广告、评优及商业宣传。

检验单位地址：北京市西城区新街口水车胡同13号

邮 政 编 码：100035

电 话：010-50950470、010-50950474

传 真：010-50950470

E-mail: glassncsqs@163.com




北京市药品包装材料检验所

检验报告

报告编号: Y2024A0165

共3页 第1页

样品名称	底型烧杯		
样品批号	20240315001	规格型号	250ml
商 标	“蜀牛”牌	样品数量	10只
样品批量	/	生产日期	2024.03.15
委托单位名称	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司		
委托单位地址	四川省崇州市崇阳街道三和社区十组		
标示生产单位名称	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司		
标示生产单位地址	四川省崇州市崇阳街道三和社区十组		
检验数量	10只	检验日期	2024-03-09 2024-03-19
检验项目	内表面耐水性、耐碱性、耐酸性		
检验依据和/或判定原则	内表面耐水性: GB/T 4548-1995玻璃容器内表耐水侵蚀性能测试方法及分级; 耐碱性: GB/T 6580-2021玻璃耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性的试验方法和分级; 耐酸性: GB/T 15728-1995玻璃耐沸腾盐酸侵蚀性的重量试验方法和分级		
检验结论	经对送检样品依据GB/T 4548-1995; GB/T 6580-2021; GB/T 15728-1995标准进行内表面耐水性、耐碱性、耐酸性检验, 检验结果见报告数据页。		
备注			

检验人(签字):

魏美译

日期: 2024-03-19

审核人(签字):

连新亚

日期: 2024-03-19

批准人(签字):

袁春梅

日期: 2024-03-20



北京市药品包装材料检验所

检验报告

共3页 第2页

报告编号: Y2024A0165

样品名称: 底型烧杯

检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
内表面耐水性	/	HC1级 (每100mL浸取液消耗盐酸滴定液(0.01mol/L)为0.16mL)	/
耐碱性	/	A ₂ 级 (3h后单位表面积损失的质量:78mg/dm ²)	/
耐酸性	/	H ₁ 级 (6h后单位表面积损失的质量的一半:0.67mg/dm ²)	/




北京市药品包装材料检验所

检验报告

共3页 第3页

报告编号: Y2024A0165 样品名称: 底型烧杯

样品照片页



Y2024A0165-样品照片

以下空白

