

# 上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心 检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2025G70-20-5811666001  
Certificate No. 

送检单位 Applicant	大赛璐(中国)投资有限公司
计量器具名称 Name of Instrument	夹式微量滴定管
型号/规格 Type/Specification	2mL
出厂编号 Serial No.	见续页
制造单位 Manufacturer	/
检定依据 Verification Regulation	JJG 196-2006 《常用玻璃量器检定规程》
检定结论 Conclusion	A级合格



批准人 Approved by	张波	张波
核验员 Checked by	谢军燕	谢军燕
检定员 Verified by	唐璎璜	唐璎璜

检定日期 Date for Verification	2025	年	03	月	31	日
有效期至 Valid until	2028	年	03	月	30	日



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2022)01019号/01039号

Authorization Certificate No.

地址: 上海市张衡路 1500 号(总部)

Address: No. 1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarter)

传真: 021-50798390

Fax

电话: 021-38839800

Telephone

邮编: 201203

Post Code

网址: www.simt.com.cn

Web site

本次检定所使用的计量(基)标准:

Measurement standards used in this verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号 Certificate No.	有效期限 Due date
玻璃量器检定装置	(0.0001~10000)mL	$U_{rel}=2 \times 10^{-2} \sim 6 \times 10^{-5}$ (k=2)	[1989]沪量标证字第167号	2027-01-14

本次检定所使用的主要计量器具:

Measuring instrument used in this verification

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/ 有效期限 Certificate No./Due date
工作用玻璃液体温度计	(0~50)℃ 最小分度值 0.1℃	001	(0~50)℃	MPE:±0.2℃	2024E11-20-5282249001/ 2025-05-27
电子秒表	SJ9-2II	056114	1s~1h	$\pm(5.8 \times 10^{-6}T + 0.01s)$	2024F34-20-5282255001/ 2025-05-26
电子天平	XS205DU	B545669960	(0~220)g	Ⅰ级	2024D11-20-5583220001/ 2025-10-31
/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点: 张衡路1500号理化东楼304室

Location

温度: 20.2℃

Ambient temperature

湿度: 60.4%RH

Humidity

其他: /

Others

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

The data are valid only for the instrument(s).

Party using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT

检定证书续页专用

Continued page of verification certificate

第 2 页 共 3 页  
Page of total pages



检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation

量出式  
外观检查符合本规程5.2的技术要求  
密合性检查符合本规程5.4的技术要求

器号	检定点 (mL)	检定结果	流出时间	等待时间 (s)	技术要求	
					允许误差 ± (mL)	流出时间 (s)
42/35	0~1	合格	合格	30	0.010	20~35 
	0~2	合格		30		
44/299	0~1	合格	合格	30		
	0~2	合格		30		

检定结果内容结束

