

上海市计量测试技术研究院
华东国家计量测试中心
检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2025E41-20-5834207001

Certificate No.



送检单位

Applicant

上海市闵行区农产品质量安全中心

计量器具名称

Name of Instrument

酒精计

型号/规格

Type / Specification

q: (50-100)%

出厂编号

Serial No.

2402512

制造单位

Manufacturer

冀州市耀华器械仪表厂

检定依据

Verification Regulation

JJG 42-2023 《工作玻璃浮计检定规程》

检定结论

Conclusion

合格

批准人

朱绚华

朱绚华

Approved by

(盖章处)

stamp

核验员

陈超云

陈超云

Checked by

检定员

文慧卿

文慧卿

Verified by

检定日期

Date for Verification

2025

年

05

月

09

日

有效期至

Valid until

2026

年

05

月

08

日



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2022)01019号/01039号

Authorization Certificate No.

地址: 上海市张衡路 1500 号(总部)

Address: No.1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarter)

传真: 021-50798390

Fax

电话: 021-38839800

Telephone

邮编: 201203

Post Code

网址: www.simt.com.cn

Web site

本次检定所使用的计量(基)标准:

Measurement standards used in this verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号 Certificate No.	有效期限 Due date
玻璃浮计检定装置	(650~1500)kg/m ³	海水计、酒精计: 一等; 密度计: 二等; 糖量计: 工作标准	[1988]沪量标 证字第011号	2027-09-13

本次检定所使用的主要计量器具:

Measuring instrument used in this verification

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/ 有效期限 Certificate No./Due date
一等标准酒精计	q:(0~100)%	195等10支	q:(0~100)%	一等	LSrm2024-00232/ 2029-02-04
/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点: 张衡路1500号理化东楼303室

Location

温度: (20~21) °C

Ambient temperature

湿度: (50~60) %RH

Humidity

其他: /

Others

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

The data are valid only for the instrument(s).

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT

检定证书续页专用

Continued page of verification certificate

第 2 页 共 3 页

Page of total pages

检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation

外观: 符合规程第6.1、6.2条, 合格。
分度值: 1%
工作用液: 酒精水溶液

标称值 %	修正值 %	技术要求
50.0	0.1	MPE: ± 1 个分度
75.0	-0.2	MPE: ± 1 个分度
100.0	-0.1	MPE: ± 1 个分度

检定结果内容结束

