



2011100649S



# 检 验 报 告

## Test Report

( 2014 ) ZC 类第5821号

样品名称  
Product Name

一次性使用镊子

规格型号  
Specifications

V型

检验类别  
Test Category

注册检验

委托单位  
Entrusting Unit

扬州市霞光医疗器械有限公司



江苏省医疗器械检验所

Jiangsu Province Institute for Medical Equipment Testing

# 江苏省医疗器械检验所

## 检验报告

报告编号: 2014ZC5821

共5页 第2页

序号	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	单项结论	备注
				1#~5#		
1	外观	2.1	镊子外表应光滑、无毛刺、杂质, 无明显注塑缺陷; 唇头齿应无缺齿、烂齿现象。	符合要求	符合	/
2	尺寸(V型)	2.2	全长: 130mm±8mm	127.2mm~ 128.3mm	符合	/
3	吻合性	2.3	镊子中部受力后, 唇头齿应能彼此吻合; 不受力时, 能恢复原状态。	符合要求	符合	/

检验:

沙翠萍

审核:

秦黎

# 江苏省医疗器械检验所


## 检验报告

报告编号: 2014ZC5821


共5页 第3页

序号	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	单项结论	备注
4	环氧乙烷 残留量	2.5	灭菌镊子经环氧乙烷灭菌后, 残留量 应不大于 10 $\mu$ g/g。	7.0 $\mu$ g/g	符合	/

检验:



审核:



# 江苏省医疗器械检验所 检验报告

报告编号: 2014ZC5821

共5页 第4页

序号	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	单项结论	备注
5	无菌	2.4	灭菌镊子应无菌。	无菌生长	符合	/
以下空白						

检验: 刘文辰

审核: 于静

# 江苏省医疗器械检验所

## 检验报告首页

报告编号：2014ZC5821

共5页 第1页

样品名称	一次性使用镊子		样品编号	2014ZC5821
	送样 (√)	抽样 ( )		
商 标	/		型号规格	V 型
委托方	扬州市霞光医疗器械有限公司		检验类别	注册检验
委托方通讯地址	扬州市头桥镇九圣村		产品编号 / 批号	20140708
标示生产单位	扬州市霞光医疗器械有限公司		抽样单编号	/
受检单位	扬州市霞光医疗器械有限公司		生产日期	/
抽样单位	/		样品数量	20 个
抽样地点	/		抽样基数	/
抽样日期	/		检验地点	本检验所试验室
收样日期	2014 年 10 月 14 日		检验日期	2014 年 10 月 27 日~ 2014 年 12 月 3 日
检验项目	全项目			
检验依据	扬州市霞光医疗器械有限公司《一次性使用镊子》产品技术要求			
检验结论	<p>被检样品符合扬州市霞光医疗器械有限公司《一次性使用镊子》产品技术要求的规定。</p> <p style="text-align: right;">(检验报告专用章或检验单位公章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期 2014 年 12 月 19 日</p>			
备注	1) 报告中的“——”表示此项不适用，报告中“/”表示此项空白。			

批准: 史志刚

职务: 副所长



# 江苏省医疗器械检验所 检验报告照片页

报告编号: 2014ZC5821

共5页 第5页

照片和说明



样品描述

/

型号规格或其它说明

产品型号规格为 V 型。