

# 华东国家计量测试中心

National Center of Measurement and Testing for East China

# 上海市计量测试技术研究院

Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology

## 检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2025G70-20-6129692001

Certificate No.



送检单位

Applicant

上海市闵行区农产品质量安全中心

计量器具名称

Name of Instrument

单标线容量瓶

型号/规格

Type/Specification

1mL

出厂编号

Series No.

见续页

制造单位

Manufacturer

/

检定依据

Verification Regulation

JJG 196-2006 《常用玻璃量器检定规程》

检定结论

Conclusion

A级合格

批准人

张波

张波

Approved by

(盖章处)

核验员

谢军燕

谢军燕

Checked by

检定员

唐璎瑛

唐璎瑛

Verified by

检定日期

Date for Verification

2025

年

09

月

19

日

有效期至

Valid until

2028

年

09

月

18

日



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2022)01039号/01019号

Authorization Certificate No.

地址: 上海市张衡路1500号(总部)

Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarter)

传真: 021-50798390

Fax

电话: 021-38839800

Telephone

邮编: 201203

Postcode

网址: www.simt.com.cn

Website

本次检定所使用的计量(基)标准:

Measurement standards used in this verification

名称 Name	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/ Maximum permissible error	证书编号 Certificate No.	有效期限 Due date
玻璃量器检定装置	(0.0001~10000)mL	$U_{rel}=2\times 10^{-2} \sim 6\times 10^{-5}$ ( $k=2$ )	[1989]沪量标 证字第167号	2027-01-14

本次检定所使用的主要计量器具(含标准物质):

Measurement instruments used in this verification:

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/ Maximum permissible error	证书编号 有效期限 Certificate No. /Due date
工作用玻璃液体温度计	(0~50)℃ 最小分度值 0.1℃	001	(0~50)℃	MPE:±0.2℃	2025E11-20- 5914295001/ 2026-05-22
电子天平	XS205DU	B545669960	(0~220)g	Ⓛ级	2024D11-20- 5583220001/ 2025-10-31
/	/	/	/	/	/

以上计量器具的量值溯源至国家计量基准/社会公用计量标准。

Quantity values of above measurement instruments are traced to the National Primary Standards of P.R. China / the Measurement Standard for Public Service.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点: 张衡路1500号理化东楼304室  
Location

温度: 20.2℃;  
Ambient temperature

湿度: 60.4%RH;  
Humidity

其他: /  
Others

备注: /  
Note:

收费标准可通过本公司官方网站 (www.simt.com.cn) > 客户服务 > 办事指南 > 收费标准 > 委托计量服务收费标准进行查询, 如有疑问可致电800-820-5172问询。

### 检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation (continued page) :

量入式

外观检查符合本规程5.2的技术要求

密合性检查符合本规程5.4的技术要求

器号	检定点(mL)	检定结果	允许误差(mL)
1	1	合格	±0.010
2	1	合格	
3	1	合格	
4	1	合格	
5	1	合格	
6	1	合格	
7	1	合格	
8	1	合格	
9	1	合格	
10	1	合格	

检定结果内容结束

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本公司/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

The data are valid only for the instrument(s). Partly using this report will not be admitted unless allowed by SIMT.