

华东国家计量测试中心

National Center of Measurement and Testing for East China

上海市计量测试技术研究院有限公司

Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology Co., Ltd.

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2026D11-20-6434720001

Certificate No.



送检单位

Applicant

广西新龙制药有限责任公司

计量器具名称

Name of Instrument

砝码

型号/规格

Type/Specification

100 g、200 g

出厂编号

Series No.

见内页

制造单位

Manufacturer

常州市富月砝码有限公司

检定依据

Regulation for Verification

JJG 99-2022 《砝码检定规程》

检定结论

Verification Conclusion

E₂等级合格

批准人

Approved by

成勇

成勇

(盖章处)

核验员

Checked by

熊忠琪

熊忠琪

检定员

Verified by

程丽花

检定日期

Date for Verification

2026

年

04

月

20

日

Month

Day

有效期至

Valid until

2027

年

04

月

19

日

Month

Day



法定计量检定机构能力确认证书: (国)法计(2022)01039号/01019号

Certificate of Ability Confirmation to the Legal Metrological Verification Institution

地址: 上海市张衡路1500号(总部)

Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarter)

传真: 021-50798390

Fax

电话: 021-38839800

Telephone

邮编: 201203

Postcode

网址: www.simt.com.cn

Website

本次检定所使用的计量(基)标准:

Measurement standards for the verification

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/ Maximum permissible error	证书编号 Certificate No.	有效期限 Due date
E ₁ 等级砝码组标准装置	1 mg~50 kg	E ₁ 等级	[2012]国量标 沪证字第156号	2029-03-18

本次检定所使用的主要计量器具(含标准物质):

Main measuring instruments (including reference materials) for the verification

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/ Maximum permissible error	证书编号 有效期限 Certificate No. /Due date
砝码	1 g~500 g	1123403 198	1 g~500 g	E ₁ 等级	LSmm2025-02376/ 2027-07-14
质量比较仪(配磁化率测定装置)	UMX5 5.1 g/0.1 μg	1128042883	1 mg~5.1 g(磁性测量范围: 1 g~50 kg)	U=0.0036mg,k=2	2025D11-10-6239138001/ 2026-11-24
质量比较仪	AT1006H 1011 g/0.001 mg	1117481734	50 g~1 kg	U=0.059 mg,k=2	2025D11-10-6239129001/ 2026-11-24
/	/	/	/	/	/

以上计量器具的量值溯源至国家计量基准/社会公用计量标准。

The quantity values of the above measuring instruments are traceable to the National Primary Standards /the Measurement Standards for Public Service.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点: 张衡路1500号机械楼B07室
Location

温度: (20.7 ~ 20.7) °C; 湿度: (51.5 ~ 51.6) %RH; 其他: /
Temperature Humidity Others

备注: /
Note

收费标准可通过本公司官方网站 (www.simt.com.cn) >客户服务>办事指南>收费标准>委托计量服务收费标准进行查询, 如有疑问可致电800-820-5172问询。



检定结果/说明:

Verification results /descriptions

砝码质量检定结果:

砝码器号	标称质量 (g)	约定质量值 (g)	约定质量修正值 (mg)	质量允差 (mg)
245U	200	200.00015	0.15	±0.3
244U	100	100.00006	0.06	±0.16

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本公司/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

The results provided in this certificate are valid only for the instrument(s) under test. Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.



检定结果/说明:

Verification results /descriptions

砝码磁性数据:

砝码器号	标称质量 (g)	磁化率	最大磁化率	最大极化强度
245U	200	0.005	0.07	8 μ T
244U	100	0.003	0.07	8 μ T

表面粗糙度: 符合规程6.6要求

经过磁性测试, 砝码的极化强度 $\leq 8 \mu$ T, 磁性符合E₂等级砝码的磁性要求, 准予作E₂等级砝码使用。

下次检定时, 须附带此证书复印件
检定结果内容结束