



上海市计量测试技术研究院有限公司

Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology Co., Ltd.

华东国家计量测试中心

National Center of Measurement and Testing for East China

校准证书

Calibration Certificate

委托者

Customer

上海市静安区食品药品检验所

联络信息

Contact Information

/

器具名称

Name of Instrument

附温比重瓶

制造厂

Manufacturer

/

型号/规格

Model/Specification

25mL

器具编号

No. of Instrument

见续页

器具准确度

Instrument Accuracy

/

批准人

Approved by

张红

张红

(机构校准专用章)

核验员

Checked by

唐璎璩

唐璎璩

校准员

Calibrated by

陈晴妮

陈晴妮

发布日期

Issue date

2026

年

Year

07

月

Month

21

日

Day



地址: 上海市张衡路1500号(总部)

Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarter)

实验室地址: 上海市张衡路1500号

Lab Address: No.1500, Zhangheng Road, Shanghai, China

咨询电话: 800-820-5172

Inquire line

投诉电话: 021-50798262

Complaints line

网址: www.simt.com.cn

Website

本次校准所依据的技术规范(代号、名称):

Reference documents for the calibration (code、name)

参照 JJG 196-2006 《常用玻璃量器检定规程》

本次校准所使用的测量设备(含标准物质):

Main measurement instruments used in this calibration

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum permissible error	溯源机构名称 Name of traceability institution	证书编号 有效期限 Certificate No./Due date
工作用玻璃液体温度计	(0~50)℃ 最小分度值0.1℃	001	(0~50)℃	MPE:±0.2℃	SIMT	2026E11-20-6491847001 / 2027-05-17

以上测量设备的量值溯源至国家计量基准/社会公用计量标准。

Quantity values of above measurement instruments are traced to the National Primary Standards of P.R. China / the Measurement Standard for Public Service.

其他校准信息:

Calibration Information

地点: 张衡路1500理化东楼304室
Location

温度: 20.4℃;
Ambient temperature

湿度: 60.5%RH;
Humidity

其他: /
Others

受样日期 2026年07月10日
Received date

校准日期 2026年07月16日
Date for calibration

备注: /
Note:

收费标准可通过本公司官方网站 (www.simt.com.cn) > 客户服务 > 办事指南 > 收费标准 > 委托计量服务收费标准进行查询, 如有疑问可致电800-820-5172问询。

本次校准所使用的测量设备（含标准物质）：
Main measurement instruments used in this calibration:

名称 Name	型号 规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等 级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum permissible error	溯源机构 名称 Name of traceability institution	证书编号 有效期限 Certificate No. /Due date
电子天平	XS205DU	B5456699 60	(0~220) g	Ⓓ级	SIMT	2025D11-20- 6192906001/ 2026-10-28
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

以上测量设备的量值溯源至国家计量基准/社会公用计量标准。
Quantity values of above measurement instruments are traced to the National Primary Standards of P.R. China / the Measurement Standard for Public Service.

校准结果/说明：

Results of calibration and additional explanation
量入式

器号	校准点(mL)	实际容量(mL)	扩展不确定度
681	25	24.8	U=0.2mL (k=2)
605	25	24.9	

校准结果内容结束

本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。未经本公司/中心批准，部分采用本证书内容无效。
The data are valid only for the instrument(s). Partly using this report will not be admitted unless allowed by SIMT.