



校准证书编号: 2021G70-10-3093706001
Calibration certificate series No.



上海市计量测试技术研究院

SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY

华东国家计量测试中心

NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TESTING FOR EAST CHINA

校准证书

Calibration Certificate

委托者

Customer

联络信息

Contact information

器具名称

Name of Instrument

制造厂

Manufacturer

型号/规格

Model/Specification

器具编号

No. of instrument

器具准确度

Instrument accuracy

微量进样器

见续页

批准人

Approved by

陈曦

(机构校准专用章)

核验员

Checked by

唐璎琪

校准员

Calibrated by

陈晴妮

发布日期

Issue date

2021

年

Year

03

月

Month

15

日

Day



地址: 上海市张衡路1500号(总部)

Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarter)

电话: 021-38839800

Tel.

传真: 021-50798390

Fax

邮编: 201203

PostCode

客户咨询电话: 800-820-5172

Inquire line

投诉电话: 021-50798262

Complaints line

未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

第 1 页 共 3 页

Page of total pages



校准证书编号：
Calibration certificate series No.

2021G70-10-3093706001



国家法定计量检定机构计量授权证书号(中心/院):(国)法计(2017)01039号/(2017)01019号
The number of the Certificate of Metrological Authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No. (2017) 01039/ No. (2017) 01019

本次校准所依据的技术规范(代号、名称):
Reference documents for the calibration (code, name)

参照 JJG 196-2006 《常用玻璃量器检定规程》

本次校准所使用的主要计量标准器具:
Main measurement standards used in this calibration

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	溯源机构名称 Name of traceability institution	证书编号/有效期限 Certificate No./Due date
工作用玻璃液体温度计	(0~50)℃ 最小分度值 0.1℃	001	(0~50)℃	MPE:±0.2℃	SIMT	2020E11-20-253836100 1/ 2021-06-21
电子天平	XP26PC	112906256 2	(0~22) g	I级	SIMT	2020D11-20-287125000 1/ 2021-11-17
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。

Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R. China / national measurement standards.

其他校准信息:

Calibration information

地点: 院总部理化东楼313室

Location

温度: 20.4℃

Ambient temperature

湿度: 60.5%RH

Humidity

其他: /

Others

受样日期 2021年 03月 09日

Received date

校准日期 2021年 03月 12日

Date for calibration

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s).

校准证书续页专用

Continued page of calibration certificate

第 2 页 共 3 页

Page of total pages



量出式

器号	校准点(μL)	实际容量(μL)	扩展不确定度
1	10	10.26	$U=0.15\mu\text{L}$ ($k=2$)
2	10	10.54	
3	10	10.25	
4	10	9.89	
5	10	10.51	
6	10	10.29	
7	10	10.72	
8	10	10.35	
9	10	10.62	
10	10	10.06	

校准结果内容结束