

580

填写部门	检验员
保存年限	五年

金华市景迪医疗用品有限公司

酒精棉球成品检验报告

QR-8.2.4-02-12 NO:

检验依据：浙械注准 20152140905 《酒精棉球技术要求》、

Q/JD·TC8.2.4-02-12-2018 《酒精棉球成品检验规程》

规格/型号：100 只

生产数量：150 件

生产批号：21010381

样本数量：8 瓶

检验项目	质量级别	条款	技术要求					检验结果	结论			
外观	C	2.1.1	自然状态的酒精棉球应呈圆球状，无杂质、霉斑、污渍。					符合	合格			
	C	2.1.2	酒精棉球包装瓶应具有均匀一致的色泽，不得有明显色差。瓶的表面光洁、平整、不得有变形和明显的擦痕。不得有砂眼、油污、气泡。瓶口应平整、光滑。					符合	合格			
组成	C	2.2.1.2	脱脂棉球直径：尺寸为(1-3)cm。					符合	合格			
	A	2.2.2.1	酒精含量：75%±5%。					符合				
棉球 75% ±5%酒精 吸附量	A	2.3.1	每只酒精棉球的消毒剂吸附量应不少于 1.0g。					符合	合格			
	A	2.3.2	5 只/瓶	10 只/瓶	25 只/瓶	50 只/瓶	100 只/瓶	≥17g		≥25g	≥45g	≥77g
使用中的 酒精棉球 要求	C	2.7.1	外观：应符合 2.1 的要求。					符合	合格			
	A	2.7.2	理化指标：酒精棉球应符合 2.2.2 的要求					符合				
检验结论	经检验的产品样本各项指标均符合浙械注准 20152140905 《酒精棉球技术要求》中规格 100 只/瓶 的要求。											



审核人：胡小江