

消毒产品卫生安全评价报告

产品名称: 三爱思牌测氯试纸
剂型/型号: 50mg/L-2000mg/L
产品责任单位名称 (盖章): 上海三爱思试剂有限公司
评价日期: 2015.9.8

一、基本情况

产品责任单位名称	上海三爱思试剂有限公司	产品责任单位地址	杨浦区军工路 2588 号		
法定代表人/责任人	董怡平	电话	65741995	邮编	200438
实际生产单位名称	上海三爱思试剂有限公司	实际生产单位地址	上海市杨浦区军工路 2588 号		
实际生产企业卫生许可证号	沪卫消证定(2008)第 0034 号	法定代表人/责任人	董怡平		
进口产品报关单号					
该产品属于哪类产品	第一类 () 第二类 (✓)				
该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求	是 (✓) 否 ()				
标签(铭牌)、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求。	是 (✓) 否 ()				
检验项目是否齐全	是 (✓) 否 ()				
检验结果是否符合要求	是 (✓) 否 ()				
产品企业标准(质量标准)是否符合要求	是 (✓) 否 ()				
该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是 (✓) 否 ()				
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是 () 否 (✓)				
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是 (✓) 否 ()				
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致	是 (✓) 否 ()				
所用原材料是否合格	是 (✓) 否 ()				
原材料用量是否符合相关法定要求	是 (✓) 否 ()				
评价结论: 消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定要求。	是 (✓) 否 ()				
承诺: 本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签(铭牌)、说明书、检验报告(含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械元器件、结构图真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。					



二、评价资料

- (一) 标签（铭牌）、说明书；
- (二) 检验报告（含结论）；
- (三) 企业标准；
- (四) 国产产品生产企业卫生许可证；
- (五) 产品配方；
- (六) 消毒器械结构图。



附件 4

消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	三爱思牌测氯试纸		
	英文			
剂型/型号	50mg/L-2000mg/L		产品类别	第二类
生产企业	中文名称	上海三爱思试剂有限公司		
	英文名称			
	地址	上海市杨浦区军工路 2588 号	生产国 (地区)	中国
	联系电话	65748830	联系人	王超
在华责任单位	名称			
	地址			
	联系电话		联系人	
	传真		邮 编	
保证书				
<p>本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p>				
<p>产品责任单位（签章）上海三爱思试剂有限公司 法定代表人（签字）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: right;">2015年9月8日</p>				
申请人：王超		申请日期：2015.9.8		

注：

1. 进口产品须填写产品英文名称。
2. 产品类别填写第一类产品或第二类产品。

测氯试纸标签

企业卫生许可证：沪卫消证字[2008]第0034号
执行标准：Q/GHSC 2102-2014

三爱思牌

测氯试纸

指示范围：有效氯50mg/L-2000mg/L



生产单位：上海三爱思试剂有限公司
地址：军工路2588号 邮编：200438
联系电话：65741995



三爱思牌测氯试纸
市售产品使用说明书

一、产品名称：测氯试纸

二、型号规格：50mg/L~2000 mg/L、4 米

三、使用范围和使用方法：

适用于含氯消毒液有效氯含量的测定，所测定溶液有效氯含量范围应在 50mg/L~2000mg/L 之间，pH 值不得超过 9.5。

由抽纸口截取一段试纸，浸入待测液中，立即取出，15 秒内与色卡比较。

四、注意事项

产品抽纸口露于空气中的试纸易变色，把变色部分截去可继续使用。

不能和含氯制剂堆放。避光，置于阴凉处保存。

五、执行标准：Q/GHSC2102-2014

六、生产企业：

名 称 上海三爱思试剂有限公司

地 址 军工路 2588 号

联系电话 021-65741995

邮政编码 200438

七、卫生许可证号：沪卫消证字(2008)第 0034 号

八、有效期：

9 个月，生产日期见封口。



沪预研委消(2014)检字第0632号



2015002394S



检测
CNAS L1222

检验报告

SCDC

样品名称 三爱思牌测氯试纸

委托单位 上海三爱思试剂有限公司

上海市预防医学研究院



说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本实验报告部分复印、涂改无效；封面未加盖本单位检验章和无本单位检验骑缝章（如2页以上）的检验报告无效。
- 三、本检验报告及本检验单位名称不得用于产品的标签、广告评优及商品宣传等。
- 四、送检单位对检验结果有异议，可向本单位“质量管理科”提出。电话：021-62758710转质量管理科。

- 注：1、毒理学体内实验检测地点：上海市松江区南东路1222-9号和闵行区召泰路1068号；
毒理学体外实验检测地点：上海市长宁区中山西路1380号。
- 2、化妆品理化和微生物实验检测地点：上海市普陀区绥德路118弄56号4楼和上海市长宁区中山西路1380号。
- 3、除以上情况外，其余实验室检测地点均在上海市长宁区中山西路1380号。

检验机构地址：上海市长宁区中山西路1380号

邮 编：200336

联 系 电 话：021-62758710转

传 真：021-62192754



上海市预防医学研究院

检验报告

第 1 页 / 共 3 页

样品名称	三爱思牌测氯试纸		
样品标记	生产日期: 20140705 指示范围: 有效氯50mg/L-2000mg/L	样品数量	7米/盒 10盒
样品性状	定型包装、试纸	检验类别	委托
样品来源	委托方送样	收样日期	2014.9.3
委托单位	上海三爱思试剂有限公司	检验完成日期	2015.8.10
委托单位地址	上海市杨浦区军工路2588号		
技术依据	《消毒技术规范》(卫生部, 2002) 2.1.6.5、2.2.1.2.1		
检验项目	消毒剂浓度试纸鉴定试验(有效氯), 稳定性试验(室温法, 9个月)		

(注: 委托样品信息由委托方提供, 并确保其真实性)

检验结果与评价

- 1、用三爱思牌测氯试纸(生产日期: 20140705)检测有效氯含量分别为50 mg/L、250 mg/L、2000 mg/L 的含氯消毒剂溶液, 试纸变色与相应标准色块比较相同, 3组浓度符合率均>90%, 判为合格。
- 2、三爱思牌测氯试纸(生产日期: 20140705)经室温9个月稳定性试验, 检测有效氯含量分别为50 mg/L、250 mg/L、2000 mg/L 的含氯消毒剂溶液, 试纸变色与相应标准色块比较相同, 3组浓度符合率均>90%, 判为合格。

编制(主检):	王强	审核:	高祖彬	批准:	田礼
职务:	主管技师	职务:	副主任医师	职务:	副主任医师
2015年8月27日		2015年8月27日		2015年8月27日	


检验报告
专用章

B31 00 (2014) 305
上海市企业产品标准备案专用章
2014
本标准有效期至2017年4月30日

上海市企业标准

Q/GHSC 2102-2014

代替 Q/GHSC 2102-2011

测氯试纸

上海市企业标准
本标准有效期至

2014-03-20 发布



2014-04-10 实施

上海三爱思试剂有限公司 发布

前 言

本标准在 Q/GHSC 2102-2011《测氯试纸》的基础上进行修订，与前版本相比仅作格式修改，其它一切不变。

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准自 2014 年 4 月 10 日起实施，本标准自实施之日起，同时代替 Q/GHSC 2102-2011。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由上海三爱思试剂有限公司标准化技术委员会提出；

本标准由上海三爱思试剂有限公司标准化办公室归口；

本标准起草部门：质监中心；

本标准主要起草人：樊佳琰

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/GHSC 2102-2002、Q/GHSC 2102-2005、Q/GHSC 2102-2008。

——Q/GHSC 2102-2011。



测氯试纸

1 范围

本标准规定了测氯试纸技术要求、试验方法、检验规则、包装及标志、运输和贮存。

本标准适用于由碘化钾(分析纯)、聚乙烯吡咯烷酮(工业品)、经滤纸(定性滤纸)吸附而制成的测氯试纸的检验。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 15346 化学试剂 包装及标志

HG/T 3921 化学试剂 采样及验收规则

3 性状

测氯试纸为本白色试纸。

4 技术要求

测氯试纸的技术要求见表 1

表 1

项 目	指 标
	试 纸
外观	合格
灵敏度(50mg/L)	合格
灵敏度(100mg/L)	合格
灵敏度(150mg/L)	合格
灵敏度(250mg/L)	合格
灵敏度(500mg/L)	合格
灵敏度(1000mg/L)	合格
灵敏度(2000mg/L)	合格



上海市消毒产品生产企业卫生许可证

沪卫消证字(2008)第 0034 号

单位名称 上海三爱思试剂有限公司

董怡平

法定代表人(负责人)

注册地址 杨浦区军工路 2588 号

生产地址 上海市杨浦区军工路 2588 号


生产方式 生产

消毒器械

消毒器械: 用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物

有效期限 二〇一二年十一月十一日至二〇一六年十一月十日止

注: 本许可证只对许可批准时的生产条件负责, 不是对企业生产产品的许可, 不代表对企业生产产品卫生质量的认证。应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。



测氯试纸结构图

