



上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心

校准证书

Calibration Certificate

委托者
Customer

上海睿齐实业有限公司

委托者地址
Address of customer

上海宝山区呼兰路799号7号楼716室

器具名称
Name of Instrument

塑料单标线容量瓶

制造厂
Manufacturer

/

型号/规格
Model/Specification

1000mL

器具编号
No. of instrument

6

器具准确度
Instrument accuracy

/

批准人/职务
Approved by / Functions

陈曦

室主任

(机构校准专用章)

核 验 员
Checked by

谢军燕

校 准 员
Calibrated by

唐璎瑛

校准日期
Date for calibrated

2019

年

02

月

25

日



地址: 上海市张衡路1500号(总部)
Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarters)

电话: 021-38839800
Tel.

传真: 021-50798390
Fax

邮编: 201203
PostCode

客户咨询电话: 800-820-5172
Inquire line

投诉电话: 021-50798262
Tel. for complaint



国家法定计量检定机构计量授权证书号(中心/院):(国)法计(2017)01039号/(2017)01019号

The number of the Certificate of Metrological Authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No. (2017) 01039/ No. (2017) 01019

本次校准所依据的技术规范(代号、名称):

Reference documents for the calibration (code, name)

参照 JJG 196-2006 《常用玻璃量器检定规程》

本次校准所使用的主要计量标准器具:

Main measurement standards used in this calibration

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/有效期限 Certificate No./Due date
工作用玻璃液体温度计	(0~50) °C 最小分度值0.1 °C	001	(0~50) °C	MPE: ±0.2 °C	2018E11-20-1523663001/ 2019-07-22
电子天平	PM4000	J58622	(0~4000) g	II 级	2018D11-20-1529463001/ 2019-07-19
/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

校准地点及环境条件:

Location and environmental condition for the calibration

地点: 院总部理化东楼304室

Location

温度: 20.1 °C

Ambient temperature

湿度: 60.7%RH

Relative humidity

其它: /

Others

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s).



校准结果/说明:

Results of calibration and additional explanation

量入式

器号	校准点(mL)	实际容量(mL)	扩展不确定度
6	1000	999.26	$U=0.80\text{mL}$ ($k=2$)

校准结果内容结束

