


许昌市质量技术监督检验测试中心

检 验 报 告

№ 201780177

共 2 页 第 1 页

产品名称	微生物表面接触碟			商 标	海康莱悦
委托单位				联系电话	
生产单位				联系电话	/
受检单位	/			联系电话	/
任务来源	/			检验类别	委托
生产日期	2017-08-03	抽样地点	/	产品批号	/
抽 送 样 日期	/	抽 送 样 人	/	抽样单编号	/
	2017-08-16		徐伟刚		
抽样基数	/	样品数量	30个	样品到达日期	2017-08-17
样品描述	外观完好			检查封样人员	/
规格型号	55mm			样品等级	/
检验项目	耐高温试验				
检验依据	企业技术要求				
检验结论	所检项目符合企业技术要求				
检验说明	签发日期: 2017 年 08 月 30 日 				

批准:

彭吉伟

审核:

黄 萍

主检:

穆 浩

许昌市质量技术监督检验测试中心

检 验 报 告

№ 201780177

共 2 页 第 2 页

产品名称: 微生物表面接触碟	规格型号: 55mm
----------------	------------

序号	检验项目	计量	标准要求	检验结果	单项结论	备注
1	耐高温试验((121~127)℃, 30min) 以下空白	/	无明显变形	无变形	符合	/

