

# 上海睿齐实业有限公司

## 产品检验报告

报告编号: RL24D059W-82241

检验类型:  出货检验  型式检验

样品名称	PFA 容量瓶		订单号	RL24D059W					
货号	2735449 (250mL); 2735450 (500mL)		批号	02/09/24					
数量	150 只		包装	单只袋装,50 只/中封袋*10 袋/箱					
取样日期	2024.02.26		报告日期	2024.02.26					
检测设备信息									
设备名称	设备编号	设备型号	校准有效期	设备名称	设备编号	设备型号	校准有效期		
电子数显卡尺	LG-2-3	/	2024.4	电子天平	FM-3-3	JJ1000	2024.4		
检验依据	GB/T 12806-2011 Q/RL431 检验规范								
检验项目	标准规定			检查水平	样本大小	合格质量水平(AQL)	检验结果	结论	
外观质量	1. 外观完好, 不得有穿孔、破损。 2. 表面不得有油污、灰尘或其它外来物。 3. 颜色透明, 为原料本色			S-3	20	2.5		Re	合格
						Ac	Re	0	
						1	2		
物理性能	1. 瓶身与瓶盖配合良好,配合卡位清晰 2. 产品的尺寸和重量符合规定要求。			S-3	20	2.5		Re	合格
						Ac	Re	0	
						1	2		
容积测定	1. 刻度线清晰 2. 刻度容量准确。			S-3	20	2.5		Re	合格
						Ac	Re	0	
						0	1		
特别要求	1. 包装箱完好。 2. 产品标识、唛头粘贴正确			S-3	3 箱	Ac	Re	Re	合格
						0	1	0	
结论	合格								

检验员:

复核员:

日期:

2024.02.26

