



质检证书

| | |
|----------|------------------|
| 玻璃纤维针头滤器 | 货号: SFGF025100NA |
| | 批次: 318091187 |

| 项目 | 结果 |
|------------------------|-------------|
| 膜材质 | GF |
| 孔径 | 1.0 μ m |
| 润湿性 | 亲水 |
| 过滤面积(cm ²) | 2.98 |
| 滞留体积 (μ l) | <100 |
| 气泡点(Mpa) | - |
| 流速(ml/min@0.07Mpa) | 322-402 |
| 耐压(Mpa) | 0.6 |

HPLC 提取物测试 (254nm)



测试人:  2023-10-07

质量控制专员