

产品名称：无菌均质袋/采样袋

产品货号：CYD002

批 号：20230210

失效期：20250210

检测项目	标准指标	实测结果
性状	无色透明共挤袋	无色透明共挤袋
尺寸 (cm)	32*20	合格
均质试验	无破碎、无渗漏	无破碎、无渗漏
微生物无菌试验	见下表	合格

### 微生物无菌试验：




在均质袋内注入 250ml 以下培养基培养后结果如下：

培养基名称	培养温度	培养时间	其它特征
胰酪大豆胨液体培养基	20-25℃	14 天	培养基不浑浊，无菌生长
硫乙醇酸盐流体培养基	30-35℃	14 天	培养基不浑浊，无菌生长

备 注： /

合格

检测结果：

操作人  复核：  技术主管  日期：2023.02.24