

产品检测报告单

报告编号：WLT-DI500-20230828050

产品名称：去离子水	规格：一级
生产批号：WLT20230828050	数量：500ml
取样日期：2023 年 08 月 28 日	检测日期：2023 年 08 月 28 日
执行标准：中国电子行业超纯水国家标准（GB/T11446.1-1997）	生产日期：2023 年 08 月 28 日

检测项目	检查结果	备注
电阻率（25℃， MΩ · CM）	18.1	在线监测
全硅 最大值 μg/L	1	
>1 μm 微粒数，最大值，个数/mL	0.01	
细菌个数，最大值个/ml	0.01	
铜，最大值， μg/L	0.2	
锌，最大值， μg/L	0.1	
镍，最大值， μg/L	0.6	
钠，最大值， μg/L	0.31	
钾，最大值， μg/L	0.15	
氯，最大值， μg/L	0.7	
硝酸根，最大值， μg/L	0.8	
磷酸根，最大值， μg/L	0.8	
硫酸根，最大值， μg/L	0.90	
总有机碳，最大值， μg/L	10	
检验结果：合格		
		
质监科：王继刚	检验员：张成阳	复核员：高江龙

出单日期：2023 年 08 月 28 日