

电导率校正溶液 证书

电导率值 (25°C)

84 μ S/cm, 1413 μ S/cm, 12.88mS/cm
146.6 μ S/cm, 1408 μ S/cm, 12.85 mS/cm, 111.3mS/cm

本电导率校正溶液参考中华人民共和国国家计量检定规程 JJG376 电导率仪的方法和 NIST 方法进行配制。

本电导率校正溶液以中国国家标准为参考标准。

本电导率校正溶液不确定度为 $\pm 0.3\%$ 。

本电导率校正溶液的保质期为 12 个月。



出厂日期 (批号) : 见溶液标签

上海三信沛瑞仪器科技有限公司