



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0134

校准证书编号:
Calibration certificate series No.

2022E13-10-4011419001



上海市计量测试技术研究院

SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY

华东国家计量测试中心

NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TESTING FOR EAST CHINA

校准证书

Calibration Certificate

委托者

Customer

上海江森自控设备有限公司

联络信息

Contact information

/

器具名称

Name of instrument

简易数字温湿度计

制造厂

Manufacturer

DRETEC

型号/规格

Model/Specification

/

器具编号

No. of instrument

A05747

器具准确度

Instrument accuracy

/

批准人 张忠立

Approved by

张忠立

(机构校准专用章)

核验员 张文东

Checked by

张文东

校准员 张勇

Calibrated by

张勇

发布日期

Issue date

2022 年 07 月 28 日

Year

Month

Day



地址: 上海市张衡路1500号(总部)

Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarter)

电话: 021-38839800

Tel.

传真: 021-50798390

Fax

邮编: 201203

PostCode

客户咨询电话: 800-820-5172 投诉电话: 021-50798262

Inquire line

Complaints line

未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

第 1 页共 3 页

Page of total pages



国家法定计量检定机构计量授权证书号(中心/院):(国)法计(2017)01039号/(2017)01019号
The number of the Certificate of Metrological Authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No. (2017) 01039/ No. (2017) 01019

本次校准所依据的技术规范(代号、名称):

Reference documents for the calibration (code, name)

JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》

本次校准所使用的主要计量标准器具:

Main measurement standards used in this calibration

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	溯源机构名称 Name of traceability institution	证书编号/有效期限 Certificate No./Due date
精密温湿度校准箱	EC30	1254-06	(30~95)%RH, (5~50)°C	波动度:±0.2%RH, ±0.10°C均匀度:1.0%RH, 0.22°C	SIMT	2022E13-10-3765063001/ 2023-01-12
精密露点仪	DewMaster	53260/2A5291X/190596	(-15~45)°C DP	±0.20°C DP	SIMT	2021E13-20-3544394001/ 2022-09-21
精密露点仪(温度)	DewMaster	53260/190596	(0~50)°C	±0.10°C	SIMT	2021E11-10-3544397001/ 2022-09-25
/	/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。

Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R. China / national measurement standards.

其他校准信息:

Calibration information

地点: 张衡路1500号机械楼314室

Location

温度: (20~21)°C

Ambient temperature

湿度: (50~55)%RH

Humidity

其他: /

Others

受样日期 2022年07月20日

Received date

校准日期 2022年07月27日

Date for calibration

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s).



校准结果/说明:

Results of calibration and additional explanation

温度/℃			
标准值	被测仪器示值	扩展不确定度 $U(k=2)$	技术要求
15.0	14.6	0.3	MPE:±0.5
20.0	19.5		
30.0	29.5		

湿度/%RH(20℃)			
标准值	被测仪器示值	扩展不确定度 $U(k=2)$	技术要求
40.0	45	2	MPE:±5
60.0	65		
80.0	85		

建议在2023年07月27日之前进行复校。

校准结果内容结束



SIMT 证书集中打印清单 (张江)



委托单号: 81072678

委托日期: 2022-07-20

打印时间: 2022-07-28 13:24:38

委托单位全称: 上海睿齐实业有限公司

合同号:

证书单位: 上海计量测试研究所

证书单位地址: /

联系人: -

手机: 13052424590

联系电话:

序号	流转单号	样品名称	数量	证书数量	证书编号	打印份数	完成时间	打印次数	盖章要求	是否彩打
1	4011419	数字温湿度计(简易式)	1	1	2022E13-10-4011419001	1	2022-07-28 12:58:30	1		null

