

上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心 检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2022G70-20-4083255001

Certificate No.



送检单位

Applicant

计量器具名称

Name of Instrument

型号/规格

Type / Specification

出厂编号

Serial No.

制造单位

Manufacturer

检定依据

Verification Regulation

检定结论

Conclusion

上海计量测试技术研究院

棕色单标线容量瓶

/

见续页

/

JJG 196-2006 《常用玻璃量器检定规程》

A级合格

(盖章处)

stamp

批准人 吴志群

Approved by

核验员 谢军燕

Checked by

检定员 唐璎瑛

Verified by

检定日期

Date for Verification

2022 年 08 月 23 日

有效期至

Valid until

2025 年 08 月 22 日



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2017)01019号/01039号

Authorization Certificate No.

地址: 上海市张衡路1500号(总部)

Address: No.1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarter)

传真: 021-50798390

Fax

电话: 021-38839800

Telephone

邮编: 201203

Post Code

网址: www.simt.com.cn

Web site



本次检定所使用的计量(基)标准:

Measurement standards used in this verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号 Certificate No.	有效期限 Due date
玻璃量器检定装置	(0.0001~10000)mL	$U_{rel}=2 \times 10^{-2} \sim 6 \times 10^{-5}$ ($k=2$)	[1989]沪量标 证字第167号	2027-01-14

本次检定所使用的主要计量器具:

Measuring instrument used in this verification

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/ 有效期限 Certificate No./Due date
工作用玻璃液体温度计	(0~50)℃最小分度值0.1℃	001	(0~50)℃	MPE:±0.2℃	2022E11-20-3904809001/ 2023-06-08
电子天平	XS205DU	B545669960	(0~220) g	I 级	2021D11-20-3658093001/ 2022-11-16
电子天平	PM1200	K22615	(0~1200) g	I 级	2021D11-20-3658094001/ 2022-11-16
/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点: 院总部理化东楼304室

Location

温度: 20.2℃

Ambient temperature

湿度: 60.4%RH

Humidity

其他: /

Others

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

The data are valid only for the instrument(s).

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

检定证书续页专用

Continued page of verification certificate

第 2 页 共 4 页

Page of total pages



检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation

量入式

外观检查符合本规程5.2的技术要求

密合性检查符合本规程5.4的技术要求

器号	检定点(mL)	检定结果	允许误差± (mL)
1	10	合格	0.020
2	10	合格	
3	10	合格	
4	10	合格	
5	10	合格	
6	10	合格	
7	10	合格	
8	10	合格	
9	10	合格	
10	10	合格	
1	25	合格	0.03
2	25	合格	
3	25	合格	
4	25	合格	
5	25	合格	
6	25	合格	
7	25	合格	
8	25	合格	
9	25	合格	
10	25	合格	



检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation

量入式

外观检查符合本规程5.2的技术要求

密合性检查符合本规程5.4的技术要求

器号	检定点(mL)	检定结果	允许误差± (mL)
1	50	合格	0.05
2	50	合格	
3	50	合格	
4	50	合格	
5	50	合格	
6	50	合格	
7	50	合格	
8	50	合格	
1	100	合格	0.10
2	100	合格	
3	100	合格	
4	100	合格	
5	100	合格	
6	100	合格	
7	100	合格	
8	100	合格	

检定结果内容结束