

中硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质
Reference Standards of Middle Borosilicate Glass Mean
Linear Thermal Expansion Coefficient

【类别】药包材对照物质

【批号】195026-201601

【用途】本品用于国家药包材标准中中硼硅玻璃产品线热膨胀系数鉴别用一拉丝法。本品的平均线热膨胀系数为 $4.92 \times 10^{-6} \text{K}^{-1} \pm 0.03 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (20°C-300°C)。

【包装】纸盒

【规格】10g/支

【贮藏】常温保存

【有效期】国家药品标准物质不设具体有效期，按照规定条件保存的标准物质，在中国食品药品检定研究院发布停用通知前有效。

声明：

1. 请按本品说明书规定使用，若作他用，用户须自行证明适用性；
2. 因用户使用或储存不当所引起的损害或投诉，用户自行承担相关责任；
3. 用户收到本品后应立即核对品种、数量、包装等，若出现质量、数



中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control

地址：北京市大兴区华佗路 31 号 电话：01053852448 网址：www.nifdc.org.cn

量等不符，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。



中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control

地址：北京市大兴区华佗路 31 号 电话：01053852448 网址：www.nifdc.org.cn