

空心阴极灯合格证

元素： 钙 Ca

型号： As-2

推荐使用波长 (nm): 422.7

起辉电压 (V): ≤ 360

推荐工作电流 (mA): 10

最大工作电流 (mA): 30

使用寿命 (mA/h): 5000


发射能量: 合格

窗体材料: 光学玻璃

充入气体: 氖气

发射稳定性: $\leq +1.5\% - -1.5\%$ (预热 20 分钟后测定)

编号:



检验人及日期:

发货日期:

2022年07月29日

有研科技集团有限公司/国标 (北京) 检验认证有限公司